

II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló, 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽¹⁾ végrehajtása keretében*(Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részek jegyzékének közzététele (az irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban))***(EGT-vonatkozású szöveg)**

(2009/C 268/01)

MI-002.: Gázmérők

a következő vonatkozásában:

— OIML R 137-1 (2006)

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137-1 (2006)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1.	5.3.1.	Szabályozott
1.2.	7.4.15. táblázat 6, A.1.	Szabályozott
1.3.	7.3.5.	Szabályozott
1.3.1.	5.1., A.4.2.1., A.4.2.2.	Szabályozott
1.3.2.		
a) M1 a) M2	7.4.13., A.5.1., A.5.2.	Szabályozott
a) M3		Nem releváns
b)	7.4.13.	10 kg-os mérőműszerig szabályozott
1.3.3.		
a) E1	7.4.15., A.6.1.1., A.6.1.2., A.6.2., A.6.3., A.6.4., A.7.3., A.7.4., A.7.5.	Szabályozott
a) E2		Nem releváns
a) E3		Nem releváns
b)	7.4.15.	Szabályozott
1.3.4.	7.4.15., A.7.	Feszültségingadozás tekintetében szabályozott
1.4.		

⁽¹⁾ HL L 135., 2004.4.30.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137-1 (2006)	Megjegyzés
1.4.1.	5.3.1., 7.4., A.1.	0.5 osztály tekintetében vagy ha a befolyásoló mennyiségek alkalmazása esetén betartják a legnagyobb megengedett hibával kapcsolatos követelményeket
1.4.2.	A.4.2.1., A.4.2.2.	Szabályozott
2.		Nem releváns
3.	7.4.4.	Szabályozott
4.	6.1.3.	Szabályozott
5.	7.4.9.	Szabályozott
6.	3.1.1., 6.5.	Szabályozott
7.		
7.1.	3.1.4, 4.3.1.	Szabályozott
7.2.	3.	Szabályozott
7.3.	7.4.11.	A mechanikus mérőműszerek tekintetében szabályozott
7.4.		Nem releváns
7.5.	3.1.1., 3.1.4.	Szabályozott
7.6.	6.2.1., 7.3.5., 7.4.16., 4.2.4.x.	A vizsgálati módszer kivételével szabályozott
8.		
8.1.	6.3.1., 4.3.4.2.	Szabályozott
8.2.	4.3.14.3.3.	Szabályozott
8.3.	7.4.16., 4.2.4., 4.3.4.1.	Szabályozott
8.4.	4.3.1., 7.4.1.16.	Szabályozott
8.5.	6.1.1.	Szabályozott
9.		
9.1.	4.2.1.	A kiegészítő eszközökről szóló információ kivételével szabályozott
9.2.	4.2.1.	Szabályozott
9.3.	4.2.	Az adattábláról szóló információ tekintetében szabályozott
9.4.		Nem releváns
9.5.	6.2.2., 6.1.1.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	4.1.	Szabályozott
9.8.	4.2.	Szabályozott
10.		
10.1.	6.1.1.	Szabályozott
10.2.	6.1.1.	Szabályozott
10.3.	2.1.10., 6.3.	Szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.	3.1.5.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137-1 (2006)	Megjegyzés
11.		
11.1.		Nem releváns
11.2.		Nem releváns
12.		Szabályozott
MI-002. melléklet		
Fogalom meghatározások	2.1.1., 2.3.3., 2.3.2., 2.3.4., 2.4.4. & 7.4.11.	Szabályozott
1.	7.3.5.	Szabályozott
1.1.	5.2.	1.5 osztály tekintetében szabályozott, ha $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ 1.0 osztály tekintetében szabályozott, ha $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2.		Nem szabályozott
1.3.	5.1.	Szabályozott
1.4.	5.1.	Az OIML R137-1 három hőmérsékleti tartománya kivételével szabályozott
1.5.	4.2.4.	Szabályozott
2.		
2.1.	5.3.3.	Az azonos előjelű hibákra vonatkozó követelmények kivételével szabályozott 2.1-ben, MI-002 melléklet
2.2.	5.3.4.	Szabályozott, ha a kiválasztott hőmérséklet 15 és 25 °C között van
3.		
3.1.		
3.1.1.	7.4.15.	Szabályozott
3.1.2.	7.4.15.	Szabályozott
3.1.3.	7.4.15., 2.2.10.	A követelmény első mondata tekintetében szabályozott
3.2.	7.4.8.	Szabályozott
4.		
4.1.		
4.1.1.	7.4.9.	Szabályozott
4.1.2.	7.4.9.	Szabályozott
4.2.		
4.2.1.	7.4.9.	Nem szabályozott
4.2.2.	7.4.9.	Nem szabályozott
5.		
5.1.	6.4.2.	Nem szabályozott
5.2.	6.4.4.	Az alternatívák egyike által szabályozott
5.3.	6.1.2.	Nem szabályozott
5.4.	3.4., 7.4.5.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137-1 (2006)	Megjegyzés
5.5.	6.2.1.	Szabályozott
5.6.	3.2., 7.4.5.	Szabályozott
6.	4.1.	kg vagy m ³ alkalmazása esetén szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 137-1 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

- Az OIML R 137-1 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy
- Az OIML R 137-1 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy
- Az OIML R 137-1 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti a szabályozott részt.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 137-1 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a gázmérők esetében nem releváns.

MI-002: Számítóegységek

a következő vonatkozásában:

— OIML R 140 2007

2004/22/EK irányelv Az I. melléklet és az MI-002. melléklet alapvető követelményei	OIML R 140 (2007)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1	T.2.6; T.3.4; 9.1.1	Szabályozott
1.2	T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1	Zavarok tekintetében szabályozott
1.3	T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4	Szabályozott, feltéve, ha a gyártó valamennyi szükséges információt meghatározza
1.3.1	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	Szabályozott
1.3.2 a)		
M1 M2	7.1.3; A.4.4	Rezgés tekintetében szabályozott
M3		Nem releváns
1.3.2 b)	7.1.3.1; A.4.4	Rezgés tekintetében szabályozott
1.3.3 a)		
E1	7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13	Szabályozott
E2		Nem releváns
E3		Nem releváns
1.3.3 b)	A.4	Váltóáram esetében rövid feszültség-kimaradás kivételével szabályozott
1.3.4	6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10	Hálózati frekvenciaingadozás és hálózati frekvencia mágneses tere kivételével szabályozott
1.4		
1.4.1	A.1; A.4	Moduláris megközelítés alkalmazása esetén szabályozott
1.4.2	A.4.3	Szabályozott
2		Nem releváns

2004/22/EK irányelv Az I. melléklet és az MI-002. melléklet alapvető követelményei	OIML R 140 (2007)	Megjegyzés
3		Nem szabályozott
4	8.2.1.3; 8.6.1.3	Szabályozott
5	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3	Szabályozott
6	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3	Szabályozott
7		
7.1	7.6	Szabályozott
7.2	7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7	Szabályozott
7.3	9.3.5; 9.3.6	Szabályozott
7.4		Nem releváns
7.5	8.6.1.1; 8.6.1.2	Szabályozott
7.6	9.3; 10.2.3	A vizsgálati módszer kivételével szabályozott
8		
8.1	7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5	Szabályozott
8.2	7.6	Szabályozott
8.3	7.6.2; 10.2.3	Az eszközön lévő szoftver-azonosító biztosítása kivételével szabályozott
8.4	7.6.2	Szabályozott
8.5	7.1.4.6; 8.7.2	Nem szabályozott
9		
9.1	7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2	Az adattábláról szóló információ tekintetében szabályozott
9.2		Nem releváns
9.3	7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2	Szabályozott
9.4		Nem releváns
9.5	8.2.1.2; 7.1.4.1	Szabályozott
9.6		Nem releváns
9.7	5.1	Szabályozott
9.8	7.5.1	Szabályozott
10		
10.1	8.2.1.1	Szabályozott
10.2	7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1	Szabályozott
10.3	T.1.5; 8.3; 8.4	Szabályozott
10.4		Nem releváns
10.5		Szabályozott, feltéve, ha a számítógépség lokális kijelzővel felszerelt
11		
11.1		Nem releváns
11.2	7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5	Szabályozott

2004/22/EK irányelv Az I. melléklet és az MI-002. melléklet alapvető követelményei	OIML R 140 (2007)	Megjegyzés
12		Szabályozott
MI-002 Melléklet		
Fogalommeghatározások	1.1;2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6	Szabályozott
Gázmérő Számítóegység Legkisebb térfogatáram Legnagyobb térfogatáram Átmeneti térfogatáram Maximális térfogatáram Normálállapot	T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1	Szabályozott
1	7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6	Nem szabályozott
1.1		Nem releváns
1.2		Nem szabályozott
1.3	7.3; 7.5.1	Szabályozott
1.4	7.1.3 ;A.4.1; A.4.2; T.1.22	Szabályozott
1.5	7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22	Szabályozott
2		
2.1		Nem releváns
2.2		Nem releváns
3		
3.1		
3.1.1	T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4	Szabályozott
3.1.2	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6	Szabályozott
3.1.3	T.2.17.2	Szabályozott
3.2		Nem releváns
4		
4.1		
4.1.1		Nem releváns
4.1.2		Nem releváns
4.2		
4.2.1		Nem releváns
4.2.2		Nem releváns
5		
5.1	9.2.1	Nem szabályozott
5.2	9.2.2	Szabályozott, ha az akkumulátor 5 éves élet-tartamú
5.3		Nem releváns
5.4		Nem releváns
5.5		Nem releváns

2004/22/EK irányelv Az I. melléklet és az MI-002. melléklet alapvető követelményei	OIML R 140 (2007)	Megjegyzés
5.6		Nem releváns
6	5.1	A tonnában kifejezett tömeg kivételével szabályozott
7	7.3.1; 10.2.2	Szabályozott
8	6.3.3	Szabályozott, feltéve, ha a környezeti hőmérsékletet referenciafeltételek mellett ± 3 °C-on belül tartják és kivéve az OIML R 140 C osztályát
9		
9.1	9.3.6	Szabályozott
9.2	7.1.4; 8.2; 8.7.1	Csak paraméterek esetében szabályozott, feltéve, ha a számítógység lokális kijelzővel van felszerelve

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” oszlopban az OIML R 140 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

- Az OIML R 140 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy
- Az OIML R 140 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy
- Az OIML R 140 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 140 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a számítógységek esetében nem releváns.

MI-007: Viteldíjjelzők

a következő vonatkozásában:

— OIML R 21 2007

Az I. melléklet és az MI-007. melléklet alapvető követelményei	OIML R 21 (2007)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1	2.4.5.4; 2.5.5	Szabályozott
1.2	A.5.4.5	Szabályozott
1.3	3.5.2	Szabályozott
1.3.1	3.5.1; 5.1.2	Szabályozott
1.3.2 a)		
M1:		Nem releváns
M2:		Nem releváns
M3:	A.5.4.4	Szabályozott
1.3.2 b)		Szabályozott
1.3.3 a)		
E1		Nem releváns
E2		Nem releváns
E3	A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7	Szabályozott, ha a térerősség 24 V/m
1.3.3 b)	A. melléklet	Szabályozott

Az I. melléklet és az MI-007. melléklet alapvető követelményei	OIML R 21 (2007)	Megjegyzés
1.3.4	A. melléklet	Szabályozott
1.4		
1.4.1	A.5.1	Szabályozott
1.4.2	5.1.2	Szabályozott
2	7.5	Szabályozott
3	5.2.6	Szabályozott
4		Szabályozott
5	4.1	Szabályozott
6	3.3	Szabályozott
7		
7.1	4.2.1	Szabályozott
7.2	4.1; 4.9.1	Szabályozott
7.3		Nem releváns
7.4		Nem releváns
7.5	4.1	Szabályozott
7.6	4.2.3; 4.11	Szabályozott, ha a vizsgálati módszert tartalmazza a felhasználói kézikönyv
8		
8.1	5.2.3.2	Szabályozott
8.2	4.2.5	Szabályozott
8.3	4.11.2.	Szabályozott
8.4	4.10	Szabályozott
8.5		Nem releváns
9		
9.1	4.12; 4.12.1	Szabályozott
9.2		Nem releváns
9.3		Nem szabályozott
9.4		Nem releváns
9.5		Nem releváns
9.6		Nem releváns
9.7	3.4; 4.9.1	Szabályozott
9.8	4.12.2	Szabályozott
10		
10.1	4.9.1	Szabályozott
10.2	4.9.1	Szabályozott
10.3	4.9.2	Szabályozott
10.4	4.9.1	Szabályozott

Az I. melléklet és az MI-007. melléklet alapvető követelményei	OIML R 21 (2007)	Megjegyzés
10.5		Nem releváns
11		
11.1		Nem releváns
11.2		Nem releváns
12	4.2.3	Szabályozott
MI-007 Melléklet		
Fogalommeghatározások		
Viteldíjjelző	2.1.1	Szabályozott
Viteldíj	2.3.1.1	Szabályozott
Határsebesség	2.3.1.2	Szabályozott
Az „S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása)	2.3.1.3.1	Szabályozott
A „D” szokásos számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása)	2.3.1.3.2	Szabályozott
Üzem módok	2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	Szabályozott
1	3.1	Szabályozott
2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1	Szabályozott
3	4.3	Szabályozott
4	5.2.3; 4.2.2	Szabályozott
5	4.2.3; 4.2.5	Szabályozott
6.1	A.5.4.4	Szabályozott
6.2	3.5.1; 3.5.2	Szabályozott
7	3.2.1.1	Szabályozott
8		
8.1	Lásd a választ az I. melléklet 1.3.3. §-nál	Szabályozott
8.2	5.1.3	Szabályozott
9	5.2.5	Szabályozott
10	3.1	Szabályozott
11	4.5.3.b)	Szabályozott
12	4.5.4	Szabályozott
13	4.9.1	Szabályozott
14.1	4.2.4	Szabályozott
14.2	4.2.5	Szabályozott, ha a OIML R 21:2007 4.2.5.i. pontja kötelező
14.3	Lásd a választ az I. melléklet 8.3 §-nál	Szabályozott
15.1	4.7	Szabályozott
15.2	4.7	Szabályozott
15.3	4.9.1	Szabályozott

Az I. melléklet és az MI-007. melléklet alapvető követelményei	OIML R 21 (2007)	Megjegyzés
16	4.8	Szabályozott
17	4.1; 4.14.1	Szabályozott
18	5.2.4; 3.2.1.1	Szabályozott
19	4.14.1; 4.2.1	Szabályozott
20	4.2.1	Szabályozott
21	3.3	Szabályozott
22	3.7	Szabályozott
23	3.4	Szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” oszlopban az OIML R 21 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

- Az OIML R 21 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy
- Az OIML R 21 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy
- Az OIML R 21 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 21 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a viteldíjjelzők esetében nem releváns.

MI-008 II. FEJEZET: Italkiszolgáló térfogatmérőek

a következő vonatkozásában:

— OIML R 138 2007

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-008. melléklet II. fejezete)	OIML R 138 (2007)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1	5.1	Szabályozott
1.2		Nem releváns
1.3		Nem releváns
1.3.1		Nem releváns
1.3.2 a)		Nem releváns
1.3.2 b)		Nem releváns
1.3.3 a)		Nem releváns
1.3.3 b)		Nem releváns
1.3.4		Nem releváns
1.4		
1.4.1		Nem releváns
1.4.2		Nem releváns
2		Nem szabályozott
3		Nem szabályozott
4	4.4	Szabályozott
5	4.2	Szabályozott
6		Nem szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-008. melléklet II. fejezete)	OIML R 138 (2007)	Megjegyzés
7		
7.1		Nem szabályozott
7.2	4.2	Szabályozott
7.3		Nem releváns
7.4		Nem releváns
7.5	4.2	Szabályozott
7.6		Nem releváns
8		
8.1		Nem releváns
8.2		Nem releváns
8.3		Nem releváns
8.4		Nem releváns
8.5		Nem releváns
9		
9.1	5.2.4; 5.2.1; 5.2.5	Szabályozott, ha a referenciahőmérséklet 20 °C
9.2		Nem releváns
9.3		Nem releváns
9.4		Nem releváns
9.5		Nem releváns
9.6	5.2.1	Szabályozott
9.7	3	Szabályozott, ha az egységek SI egységek
9.8	5.2.1	Szabályozott
10		
10.1		Nem releváns
10.2	5.2.1	Szabályozott
10.3		Nem releváns
10.4		Nem releváns
10.5		Nem releváns
11		
11.1		Nem releváns
11.2		Nem releváns
12		Szabályozott
MI-008. melléklet, II. fejezet		
Fogalommeghatározások		
Ital kiszolgáló térfogatmérték	2.2	Szabályozott
Mértékjellel ellátott térfogatmérték	2.9	Szabályozott, ha a mértékjelzés vonal
Peremes térfogatmérték	2.7	Szabályozott
Transzfer mérték (Űrmérték)	2.2	Szabályozott
Űrtartalom	2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-008. melléklet II. fejezete)	OIML R 138 (2007)	Megjegyzés
1		
1.1	5.2.5	Szabályozott, ha a referenciahőmérséklet 20 °C
1.2	4.5	Szabályozott
2	5.1.1; 4.1.1	Szabályozott
3	4.2	Szabályozott
4		
4.1	4.4	Szabályozott
4.2		Nem szabályozott
5		
5.1	5.2.1	Szabályozott
5.2	5.2.2	Szabályozott, ha legfeljebb három úrmértéket jelölnek
5.3	4.2; 5.2.2	Szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 138 és a 2004/22/EK irányelv idevágó követelménye közötti megfelelést jelzik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

- Az OIML R 138 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy
- Az OIML R 138 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy
- Az OIML R 138 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 138 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás az italkiszolgáló térfogatmértékek esetében nem releváns.